



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78

Warszawa, dnia 31.03.2017 r.



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie
Nr. 583/17
31 MAR 2017
00-671 Warszawa 1

Uczestnicy postępowania publicznego Nr 14/D/2017

Dotyczy: pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym
Sprawa Nr 14/D/2017.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę panelu 3-krwinkowego do badań przesiewowych przeciwciał, końcówek jednorazowych do pipetora ID-TIPS.

dot. Pakiet Nr 2

Pytanie nr 1:

Prosimy o doprecyzowanie treści SIWZ, czy w przypadku oferowania jednorazowych końcówek do pipet, które nie są zaklasyfikowane przez producenta jako wyrób medyczny, Zamawiający w miejsce wymaganych dokumentów (Załącznik Nr 5/2 do SIWZ):

- deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę,
- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLW MiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLW MiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

dopuszczy złożenie stosownego oświadczenia wykonawcy o braku wymogu posiadania w/w dokumentów przy wprowadzeniu do obrotu i używaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w miejsce wymaganych dokumentów (Załącznik Nr 5/2 do SIWZ) dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia wykonawcy o braku wymogu posiadania w/w dokumentów przy wprowadzeniu do obrotu i używaniu.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie czy w nagłówku arkusza asortymentowo-cenowego (Załącznik nr 5/2 do SIWZ) doszło do omyłki pisarskiej w podanym numerze sprawy i właściwym winny być 14/D/2017?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak, doszło do omyłki pisarskiej w podanym numerze sprawy i właściwym winny być 14/D/2017.

W imieniu Zamawiającego

DYREKTOR
Wojskowego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolacznictwa SP ZOZ

plik mgr farm. Piotr KLAMKOWSKI

**ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PO ZMIANACH TREŚCI SIWZ**

CPV 33141000-0

Załącznik Nr 5/2

Nazwa	Nazwa handlowa	Wielkość opakowania	Producent	Kraj pochodzenia	JM	Ilość	Cena jedn. netto (pln)	Wartość netto (pln)	Stawka VAT	Wartość brutto (pln)
Końcówki jednorazowe do pipety, przewidziane instrukcją użycia pipety ID-Pipetor FP-6 będącej wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro, zgodnie z art. 90 ustawy o wyrobach medycznych					sztuka	192000				

Informacja ogólna	Parametr wymagany	Wypełnia Wykonawca
Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia przez wykonawcę	Tak, podać oferowany czas dostawy	

Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy.

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności CE wystawiona przez wytwórcę **lub stosowne oświadczenia wykonawcy o braku wymogu posiadania w/w dokumentów przy wprowadzeniu do obrotu i używaniu.**
- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLW MiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLW MiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
- **lub stosowne oświadczenia wykonawcy o braku wymogu posiadania w/w dokumentów przy wprowadzeniu do obrotu i używaniu**
- oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie równoważności i kompatybilności z pipetami będącymi w posiadaniu Zamawiającego.
- oświadczenie, iż w przypadku uszkodzenia sprzętu Zamawiającego wskutek użycia zaofiarowanych końcówek Wykonawca zobowiązany będzie do jego naprawy na swój koszt.

Do oferty należy dołączyć 10 sztuk końcówek w celu sprawdzenia kompatybilności z pipetami będącymi w posiadaniu Zamawiającego.

Miejsce dostaw: WCKiK w Warszawie oraz podległe Terenowe Stacje w Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie.

.....
(data i podpis Wykonawcy)