

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	wckik
NO_DOC_EXT:	2017-114050
SOFTWARE VERSION:	9.5.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zp@wckik.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

WOJSKOWE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Koszykowa 78

Warszawa

00-671

Polska

Osoba do kontaktów: Karolina ANISZEWSKA

Tel.: +48 261845557

E-mail: zp@wckik.pl

Faks: +48 261845135

Kod NUTS: PL92

Adresy internetowe:

Główny adres: www.wckik.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawa dostawę zestawów jednorazowych do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) z wykorzystaniem separatora MCS plus firmy Haemonetics będącego własnością zamawiającego
Numer referencyjny: 38/D/2017

II.1.2) **Główny kod CPV**

33141620

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Zestawy jednorazowe do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) z wykorzystaniem separatora MCS plus firmy Haemonetics będącego własnością zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

18/08/2017

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-111432

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 154-319047

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/08/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia

Zamiast:

Zestawy jednorazowe do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) z wykorzystaniem separatora MCS plus firmy Haemonetics będącego własnością zamawiającego. Wielkość zamówienia: 400 zestawów.

1. Zestawy jednorazowe, jałowe, jednoigłowe z pojemnikiem na UKKP umożliwiającym przechowywanie pozyskanego składnika krwi przez minimum 5-dni w warunkach określonych polskimi przepisami,
2. Objętość pozaustrojowa komory zestawu poniżej 200ml,
3. Deklarowany czas trwania procedury u zakwalifikowanego dawcy z użyciem zestawu nie dłuższy niż 1 h 15 minut,
4. Zestaw kompatybilny z separatorem komórkowym MCS plus,
5. Zestawy muszą posiadać Certyfikat CE
6. Do zestawów musi być dołączona instrukcja użycia w języku polskim,
7. Wykonawca zapewnia bezpłatne dostarczenie i instalację oprogramowania współpracującego z systemem „Wojskowy Bank Krwi ” zamawiającego i niezbędnego do używania zestawów a także zapewnia bezpłatną obsługę oprogramowania w okresie obowiązywania umowy,
8. Wykonawca zapewnia bezpłatne przeszkolenie personelu zamawiającego przed pierwszym użyciem zestawu,
9. Wykonawca gwarantuje, że termin ważności zestawów nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy,
10. Do każdej serii zestawów będzie dołączony odpowiedni certyfikat jakości(certyfikat serii).

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów :

- 1) instrukcja używania w języku polskim,
- 2) dokument CE,
- 3) zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLW MiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLW MiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Powinno być:

Zestawy jednorazowe do poboru ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) z wykorzystaniem separatora MCS plus firmy Haemonetics będącego własnością zamawiającego. Wielkość zamówienia: 400 zestawów.

1. Zestawy jednorazowe, jałowe, jednoigłowe z pojemnikiem na UKKP umożliwiającym przechowywanie pozyskanego składnika krwi przez minimum 5-dni w warunkach określonych polskimi przepisami,
2. Deklarowany czas trwania procedury u zakwalifikowanego dawcy z użyciem zestawu nie dłuższy niż 1 h 15 minut,
3. Zestaw kompatybilny z separatorem komórkowym MCS plus,
4. Zestawy muszą posiadać Certyfikat CE
5. Do zestawów musi być dołączona instrukcja użycia w języku polskim,

6. Wykonawca zapewnia bezpłatne dostarczenie i instalację oprogramowania współpracującego z systemem „Wojskowy Bank Krwi ” zamawiającego i niezbędnego do używania zestawów a także zapewnia bezpłatną obsługę oprogramowania w okresie obowiązywania umowy,

7. Wykonawca zapewnia bezpłatne przeszkolenie personelu zamawiającego przed pierwszym użyciem zestawu,

8. Wykonawca gwarantuje, że termin ważności zestawów nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy,

9. Do każdej serii zestawów będzie dołączony odpowiedni certyfikat jakości(certyfikat serii).

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów :

1) instrukcja używania w języku polskim,

2) dokument CE,

3) zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLW MiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLW MiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**