



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-671 Warszawa, ul. Koszykowa 78

Warszawa, dnia 01.02.2017 r.



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie
Nr. 397/17
01 MAR. 2017
00-671 Warszawa 1

Uczestnicy postępowania publicznego Nr 3/D/2017

Dotyczy: *pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym
Sprawa Nr 3/D/2017.*

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do badań analitycznych, nożyków do jałowego zgrzewania drenów, pojemników transferowych (Sprawa Nr 3/D/2016).

Dotyczy pakietu nr 2 – zał nr 5/2 do SIWZ

Pytanie nr 1:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania **dla Pakietu nr 2** wyrobu objętego przedmiotem zamówienia, współpracujący z aparatem TSCD, który nie został zakwalifikowany przez producenta, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dn. 20.05.2010 r. Dz.U. nr 107 poz. 679 czyli nie podlega tej ustawie oraz nie podlega innym dyrektywom unijnym? Dla niniejszego asortymentu nie wystawia się deklaracji zgodności, certyfikatu CE, ani nie oznakowuje się wyrobu znakiem CE.

UZASADNIENIE:

Łącznik (nożyk) S.C.-W017 do TSCD do jałowego łączenia drenów jest jednorazowego użytku, złożoną płytką miedzianą przeznaczoną do użycia z urządzeniem TSCD-II, nie jest zasilany elektrycznie i dlatego nie jest aktywnym wyposażeniem i w związku z tym nie jest wymagane jego oznakowanie znakiem CE.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuści zaoferowanie dla Pakietu nr 2 wyrobu objętego przedmiotem zamówienia, współpracujący z aparatem TSCD, który nie został zakwalifikowany przez producenta, jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dn. 20.05.2010 r. Dz.U. nr 107 poz. 679.

Zamawiający wykreśla z arkusza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 5/2 do SIWZ) zapis: „Wymagane dokumenty: dokument CE”

Arkusze asortymentowo-cenowy po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 6 do specyfikacji

Pytanie nr 2:

Dotyczy §6 ust. 2 wzoru umowy – prosimy o przedłużenie terminu na rozpatrzenia reklamacji i dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiającemu do 7 dni od chwili zgłoszenia.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający przedłuża termin na rozpatrzenia reklamacji i dostawy przedmiotu zamówienia Zamawiającemu do 7 dni od chwili zgłoszenia.

W imieniu Zamawiającego

DYREKTOR
Wojskowego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiopiecznictwa SP ZOZ

wz. ppłk mgr inż. Cezary KOSTRZEWA

**ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PO ZMIANACH TREŚCI SIWZ**

CPV 33141000-0

Załącznik Nr 5/2

Nazwa	Nazwa handlowa	Wielkość opakowania	Producent	Kraj pochodzenia	JM	Ilość	Cena jedn. netto (pln)	Wartość netto (pln)	Stawka VAT	Wartość brutto (pln)
Nożyki do jałowego zgrzewania drenów do aparatu TSCD x 1 szt.					sztuka	24 294				

Informacja ogólna	Parametr wymagany	Wypełnia Wykonawca
Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia przez wykonawcę	Tak, podać oferowany czas dostawy	

Termin ważności co najmniej 24 miesięcy od dnia dostawy.

Miejsce dostaw: WCKiK w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, we Wrocławiu, w Krakowie, w Elku.

.....
(data i podpis Wykonawcy)