



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 12.03.2019r.

WCKiK – SZP.2612.1.6/D/2019



WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warszawie
Nr. 409/2019
12 MAR. 2019
00-671 Warszawa 1

Uczestnicy postępowania publicznego Nr 6/D/2019

Dotyczy: pytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu publicznym
Sprawa Nr 6/D/2019.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawu do deglicerolizacji, roztworu glicerolu, roztworu NaCl, płynu BIO-WASH, SAGM, pojemniki do pobierania krwi poczwórne „góra-góra” z filtrem In-line, pojemniki transferowe, pojemnik do przechowywania mrożonego KKCz (Sprawa Nr 6/D/2019).

Dot. opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 6/1

Pytanie nr 1:

Firma X zmieniła producenta, objętość pojedynczego opakowania i ilość worków w opakowaniu zbiorczym dla dwóch produktów:

- Roztwór „X” 12% NaCl, op. 250 ml pakowany 30 worków karton został zastąpiony przez „Y” 100ml 12% NaCl 20 worków/karton (objętość jednego worka 100 ml wystarcza do przeprowadzenia deglicerolizacji)
- Roztwór „Z” 2000ml 0,9% NaCl, 0,2% Glucose 6 worków/karton został zastąpiony przez „ZZ” 2000ml 0,9% NaCl, 0,2% Glucose 5 worków/karton.

Czy Zamawiający zaakceptuje nowe płyny i zgodzi się na zmianę w zapisach SIWZ (pakiet nr 1, pozycja 3 i 4, Nazwa i ilość), aby dopuścić nowe płyny, dostarczane w pełnych kartonach?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zmianę opakowań płynów.

Dot. opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 6/3

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o pojemności 1300 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 2:


Zamawiający podtrzymuje opis zawarty w SIWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 28.03.2019r. do godz.09:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019r. o godz. 9:30

W imieniu Zamawiającego

DYREKTOR
Wojskowego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ


płk mgr farm. Piotr KLAMIŃSKI